



**VINÇOTTE CONTROLATOM**  
Erkende instelling voor nucleaire controles  
Jan Olieslagerslaan 35 · 1800 Vilvoorde · België  
tel: +32 2 674 51 20 · controlatom@vincotte.be

## INFORMATIEF DOCUMENT WIJZIGING ARBIS, IMPACT VOOR TANDARTSEN

### INHOUDSTAFEL

<b>De wetgeving omtrent ioniserende straling (ARBIS) werd gewijzigd. Wat is de impact voor een tandarts?</b>	<b>2</b>
Organisatie dienst voor fysische controle	2
Uitvoeren van bepaalde extra taken	3
Verplicht melden van incidenten	3
Verplicht doorsturen van de fysieke inventaris naar FANC	4
Welke maatregelen moet u dus nemen?	4



**VINÇOTTE CONTROLATOM**  
Erkende instelling voor nucleaire controles  
Jan Olieslagerslaan 35 · 1800 Vilvoorde · België  
tel: +32 2 674 51 20 · controlatom@vincotte.be

## INFORMATIEF DOCUMENT WIJZIGING ARBIS, IMPACT VOOR TANDARTSEN

### DE WETGEVING OMTRENT IONISERENDE STRALING (ARBIS) WERD GEWIJZIGD. WAT IS DE IMPACT VOOR EEN TANDARTS?

Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 bepaalt dat er vanaf 1 januari 2019 een aantal aanpassingen in het Algemeen Reglement op de Bescherming tegen de gevaren van Ioniserende Straling (ARBIS) van toepassing zijn. Inrichtingen van klasse III, zoals een tandartspraktijk, hebben nog de tijd tot 31/12/2020 om hun interne organisatie hierop af te stemmen zodat ze wettelijk in orde zijn.

We zetten hieronder alle punten die voor u als tandarts belangrijk zijn, even kort op een rij.

#### **Organisatie dienst voor fysische controle**

Het nieuwe KB bepaalt dat er een interne dienst voor Fysische Controle moet worden opgericht. **U moet voor de jaarlijkse fysische controle uiteraard nog steeds beroep doen op een erkende instelling voor fysische controle, zoals Vincotte Controlatom. Maar nu moet u ook minstens een diensthoofd fysische controle en een Agent voor de Stralingsbescherming aanduiden.** In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn en is dit bijvoorbeeld de tandarts zelf.

In de nieuwe wetgeving staat dat tandartsen die actief zijn in inrichtingen van klasse III zijn vrijgesteld van het volgen van de theoretische basisopleiding die nodig is voor het uitoefenen van deze functies. Op voorwaarde dat ze vergund zijn overeenkomstig artikel 53 van het ARBIS (gebruikersvergunning), voor de handelingen die in hun inrichting worden verricht. Een tandarts die bijvoorbeeld werkt in een privé-kabinet moet dus geen basisopleiding volgen om aangesteld te kunnen worden als diensthoofd fysische controle of Agent voor de Stralingsbescherming. Vanaf 2021 zal iedere tandarts die deze functies heeft gekregen, hiervoor wel jaarlijks één uur permanente vorming moeten volgen.



**VINÇOTTE CONTROLATOM**  
Erkende instelling voor nucleaire controles  
Jan Olieslagerslaan 35 · 1800 Vilvoorde · België  
tel: +32 2 674 51 20 · controlatom@vincotte.be

## INFORMATIEF DOCUMENT WIJZIGING ARBIS, IMPACT VOOR TANDARTSEN

### Uitvoeren van bepaalde extra taken

Indien u bent aangesteld als diensthoofd fysische controle en/of Agent voor de Stralingsbescherming bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal taken. Hieronder staan een aantal concrete voorbeelden voor een tandartspraktijk vermeld en hoe deze uitgevoerd kunnen worden.

- Controleren dat de maatregelen, regels en werkprocedures inzake stralingsbescherming nageleefd worden en de procedures en risicoanalyses bijhouden/bijwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  - Toezicht op het correct dragen van de dosimeters.
  - Toezien dat er geen personeel aanwezig is in de gecontroleerde zone tijdens het nemen van een RX opname.
- De nodige informatie bezorgen aan het beroepshalve blootgesteld personeel (indien dit in voor u van toepassing is).
- Controleren of de beschermingsmiddelen beschikbaar zijn, in goede staat van werking verkeren en correct worden gebruikt.
  - Zijn alle loodschorten nog in goede staat?
  - Werkt de visuele en/of auditieve signalisatie van het toestel wanneer u een foto neemt?
  - Zijn alle stralingssymbolen nog aanwezig?
- Dringende maatregelen nemen in geval van een incident of ongeval.
- Contact opnemen met uw erkend deskundige/erkende instelling indien er iets werd gewijzigd aan uw installatie
  - Bijvoorbeeld indien u een RX-toestel wegneemt, bijplaatst of vervangt.

### Verplicht melden van incidenten

De tandarts, aangesteld als intern diensthoofd fysische controle, moet bepaalde incidenten/gebeurtenissen, bijvoorbeeld een accidentele bestraling, verplicht melden aan het FANC en zijn erkende instelling. Hiervoor werd een technisch reglement opgesteld, dat ter beschikking staat op de website van het FANC. Deze melding moet binnen de 48 uur na de gebeurtenis of de vaststelling ervan naar [event@fanc.fgov.be](mailto:event@fanc.fgov.be) worden verstuurd.

Voor een aantal gebeurtenissen moet u echter direct contact opnemen met het FANC en uw erkende instelling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verlies, diefstal of poging tot diefstal van 1 van uw RX-toestellen.

In overleg met uw erkend deskundige moet u ook uw incidentprocedure aanpassen zodat deze conform is met het nieuwe technisch reglement. Vincotte Controlatom kan u hiervoor een aangepast document bezorgen.



**VINÇOTTE CONTROLATOM**  
Erkende instelling voor nucleaire controles  
Jan Olieslagerslaan 35 · 1800 Vilvoorde · België  
tel: +32 2 674 51 20 · [controlatom@vincotte.be](mailto:controlatom@vincotte.be)

## INFORMATIEF DOCUMENT WIJZIGING ARBIS, IMPACT VOOR TANDARTSEN

### Verplicht doorsturen van de fysieke inventaris naar FANC

Daarnaast is het sinds 01/01/2019 verplicht om een inventaris bij te houden van alle aanwezige toestellen die ioniserende stralingen kunnen uitzenden. Deze moet u ook maandelijks, via uw erkende instelling die instaat voor de fysieke controle, elektronisch doorsturen naar het FANC. Enkel in geval er niets is gewijzigd, dient er geen nieuwe gegevens-overdracht te gebeuren. Let wel, zelfs een bezoek van de deskundige fysieke controle of stralingsfysica wordt beschouwd als een wijziging, aangezien ook de gegevens van deze controles moeten worden doorgestuurd.

**Vincotte Controlatom werkt echter met een digitale applicatie die in verbinding staat met het FANC. Hierdoor gebeurt de gevraagde gegevens-overdracht iedere dag volledig automatisch.** Indien u dus zowel voor de stralingsfysica als voor de fysieke controle rekt op de diensten van Vincotte Controlatom, bent u zeker dat u in orde bent want zij beschikken in dit geval over alle nodige gegevens. U dient hiervoor dus niets meer te doen. Indien beide controles niet door Vincotte Controlatom worden uitgevoerd, zou het echter kunnen dat u hiermee niet in orde bent.

### Welke maatregelen moet u dus nemen?

Tandartsen hebben tijd tot uiterlijk 31/12/2020 om de organisatie van de interne dienst Fysische Controle in orde te brengen. De overgangsmaatregelen gelden voor alle organisaties die op 1 januari 2019 een vergunning of erkenning in hun bezit hadden. In geval van wijziging van uw vergunning of erkenning blijft de overgangperiode geldig.

Maar iedere tandarts zou nu al volgende stappen moeten ondernemen:

- Vastleggen van de organisatie van uw toekomstige interne dienst voor fysieke controle
- Aanpassen van uw incidentprocedure
- Uw erkende instelling (indien nodig) de gegevens bezorgen voor het doorsturen van de fysieke inventaris

Heeft u nog vragen of wil u een offerte aanvragen?

Contacteer ons via mail op [controlatom@vincotte.be](mailto:controlatom@vincotte.be)